

UTIMS 계측기 관리메뉴 개선요청사항

1. 계측기 등록/조회 개선

계측기등록/조회

관리소속: 개화산기술사업소

조회수: 185

순번	계측기관리소속	계측기구분	계측기명	계측기관리번호	관리번호	취득일자	취득금액	규격	제작회사	제품제조번호	교정주기
1	개화산기술사업소	분석기	오실로스코프	39	개화산기술 신호03	1996.02.22	1,788,690	CS-5270	KENWOOD	7050070	1Y
2	개화산기술사업소	분석기	오실로스코프	55	개화산기술 신호04	1995.05.26	1,554,739	V-1560, 100MHZ	HITACHI	5021898	1Y
3	개화산기술사업소	분석기	오실로스코프	9	개화산기술 통신2	1995.08.16	3,222,389	디지털식, 100MHz, 2CH, 4	(株)LG정밀	4120415	1Y
4	개화산기술사업소	측정기	측정기_전파전계강도	9	개화산PSD-03	2008.12.30	3,600,000	디지털식, 1CH, 50Ghz	ANRITSU	0910017	5Y
5	개화산기술사업소	시험기	주파수발생기	2	개화산기술 신호24-1	1995.05.26	223,494	켄우드 AG203A	KENWOOD	6110151	3Y

① 계측기 관리번호 삭제필요

- 관리상 불필요
- 관리번호와 혼동

② 취득일자 표시 개선

- 엑셀 작업시 활용 불편
- YY.MM.DD를
- ⇒ YY-MM-DD 또는 YY/MM/DD로 개선

③ '내용연수'가 표시되도록 변경

- 제품제조번호는 상세 화면에서 조회

④ 최근 교정일자 추가

- 계측기 교정준수 여부 일괄 확인 가능

2. 미력사항 조회 시 사용이력 개선

시설물유지보수시스템 -- 웹 페이지 대화 상자

계측기이력 조회

관리소속: 개화산기술사업소

장비구분: 시험기

장비명: 오실로스코프

장비관리번호: 39

교정이력

순번	교정기간			사용이력		교정결과	교정종류	교정비용 (원)	교정기관	비고
	반출일자	입고일자	소요일수	교정예정일	교정일자					
1	2009.08.14	2009.08.25	12	2009.08.14		정상	비교검사	0	자체 교정(전기	
2	2010.09.09	2010.09.16	8	2010.09.09		정상	비교검사	0	자체 교정(전기	양호
3	2011.05.12	2011.05.20	9	2011.05.12		완료	교정검사	0	자체 교정(전기	교정번호 다3
4	2012.05.10	2012.05.31	22	2012.05.10		완료	교정검사	0	자체 교정(전기	:다380122113
5	2013.05.16	2013.06.20	66	2013.05.16		완료	교정검사	0	자체 교정(전기	
6	2014.05.29	2014.06.26	59	2014.05.29		완료	교정검사	0	자체 교정(기술	320142422교
7	2015.05.07	2015.06.18	73	2016.05.19	2015.05.19	완료	교정검사	0	자체 교정(기술	4년첨부 : 측정

사용이력 표시 개선

- 교정예정일/교정일자
- ⇒ '교정일자'만 표시

3. 장비관리(계측기) 메뉴 개선

현 재			개 선			비 고
대메뉴	중메뉴	소메뉴	대메뉴	중메뉴	소메뉴	
장비정보관리	계측기등록/조회	-	계측기관리	계측기등록/조회	-	대메뉴 생성 및 계측기 관련 메뉴 통합
작업관리	교정관리	년간교정계획등록/조회 교정실적등록/조회		교정관리	년간교정계획등록/조회 교정실적등록/조회	
현황통계관리	장비현황통계관리	계측기현황	현황통계관리	장비현황통계관리	계측기현황	기존 유지