

시 민

문서번호	물순환연구과-6097
결재일자	2017.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	물순환연구과장	수도연구부장
이광섭	안진	09/25 代김승훈
협 조		

I·SEOUL·U
너와 나의 서울

**물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장
플랜트 추석연휴 대비 안전점검 결과 보고**



2017. 9.

서울물연구원
(물순환연구과)

물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장 플랜트 추석연휴 대비 안전점검 결과 보고

추석연휴 대비 각종 사고를 사전에 예방하기 위하여 물순환연구과 실험실 및 현장 플랜트에 대한 자체 안점점검을 실시하고 결과를 보고 드림

점검근거

○ 2017년 추석연휴 대비 연구(실험)실 안전점검(총무과-10831)

점검일시 : 2017. 9. 18 ~ 9.19(2일간)

점 검 자 : 실험실 및 플랜트별 안전관리책임자

시설 및 현황 : 6개소(실험실 1, 플랜트 4, 가스보관실1)

과명	실험실(시설)명	위 치	면적(m ²)	담당자
물순환 연구과 (6개소)	물순환연구 실험실	별관 3F	40	이경우
	가스용기 보관실	별관 2F	10	김규하
	가변형 고도처리장치	중량물재생센터	48	장신요
	총인처리 및 막여과장치	중량물재생센터	재이용수동 内	김규하
	하수 인회수장치	난지물재생센터	방류동 内	장현성
	하수슬러지 감량화장치	난지물재생센터	농축기동 앞	이경우

중점 점검내용

- 연구실 일반 상태 및 실험장비 상태
- 비상사위 시설 및 후드 작동 여부 점검
- 연구실 위해 요인 기타 안전관련 사항
- 구조물 침하, 균열, 변형 발생 여부
- 플랜트 주변 시설물 변형 여부
- 전기, 기계, 소방, 가스, 일반화학, 폐기물시설 안전점검
- 건축물의 기초부위로 빗물 유입 여부
- 토목, 건축, 주요 부재의 구조적 균열과 변형 여부 점검

주요 점검결과 및 조치사항

- 경미한 사항에 대해서는 현장에서 조치완료
- 연구실 및 현장플랜트 시설물 특이사항 없음

향후대책

- 실험실 및 플랜트 시설물에 대한 일상점검 및 사전점검·정비로 안전사고 예방을 철저히 하고자 함

붙임 : 1. 현장 점검표 1부.

2. 현장 점검사진 1부. 끝.

추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	물순환연구 실험실(연구원)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	이경우, 장현성, 이광섭	점 검 일	2017. 9. 18

1 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈, 청결상태	
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	누전, 가스누출, 폐기물 안전점검	
- 기타 및 실험장비 상태등	비상샤워기 기능, 전기콘센트상태	

2 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태		
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호	
- 출입구 개방 여부	양호	
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호	
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호	
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호	
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등		
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호	
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호	
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호	
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	양호	
- 가스용기의 고정 여부	양호	
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	양호	
- 통풍·환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동	
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호	
- 초자류의 적정관리 여부	적정	
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	양호	
- 화학물질 보관·사용량의 적정 여부	적정	
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	적정	
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	적정	
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	적정	
- 실험 폐기물의 방치 여부	양호	
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당	
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당	
- 보관세균의 안전성 여부	미해당	
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당	
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당	
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당	
- 보관 장치 작동 여부	미해당	
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당	
3) 주변시설		
- 배기팬실 모터 벨트 등 안전 관리 상태	미해당	
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호	

추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	하수 인회수장치(난지센터)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	장현성, 이경우, 이광섭	점 검 일	2017. 9. 19

1] 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈, 청결상태	
- 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기, 소화기 등 안전점검	
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 플랜트 상태	

2] 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태		
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호	
- 출입구 개방 여부	양호	
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호	
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호	
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호	
2) 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등		
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호	
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호	
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호	
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	미해당	
- 가스용기의 고정 여부	미해당	
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	미해당	
- 통풍·환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동	
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호	
- 초자류의 적정관리 여부	미해당	
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당	
- 화학물질 보관·사용량의 적정 여부	미해당	
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당	
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당	
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당	
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당	
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당	
- 보관세균의 안전성 여부	미해당	
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당	
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당	
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당	
- 보관 장치 작동 여부	미해당	
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당	
3) 주변시설		
- 배기팬실 모터 벨트 등 안전 관리 상태	미해당	
- 먼지, 스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호	

추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	총인처리 및 막여과장치(중량센터)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	김규하, 장신요, 이광섭	점 검 일	2017. 9. 19

1] 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈, 청결상태	
- 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기, 소화기 등 안전점검	
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 플랜트 상태	

2] 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태		
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호	
- 출입구 개방 여부	양호	
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호	
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호	
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호	
2) 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등		
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호	
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호	
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호	
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	미해당	
- 가스용기의 고정 여부	미해당	
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	미해당	
- 통풍·환기장치 설치 및 정상가동 여부	미해당	
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	미해당	
- 초자류의 적정관리 여부	미해당	
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당	
- 화학물질 보관·사용량의 적정 여부	미해당	
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당	
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당	
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당	
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당	
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당	
- 보관세균의 안전성 여부	미해당	
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당	
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당	
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당	
- 보관 장치 작동 여부	미해당	
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당	
3) 주변시설		
- 배기팬실 모터 벨트 등 안전 관리 상태	미해당	
- 먼지, 스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호	

추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	가변형 고도처리장치(중량센터)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	장신요, 김규하, 이광섭	점 검 일	2017. 9. 19

1] 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈, 청결상태	
- 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기, 소화기 등 안전점검	
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 플랜트 상태	

2] 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태		
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호	
- 출입구 개방 여부	양호	
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호	
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호	
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호	
2) 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등		
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호	
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호	
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호	
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	미해당	
- 가스용기의 고정 여부	미해당	
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	미해당	
- 통풍·환기장치 설치 및 정상가동 여부	양호	
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	미해당	
- 초자류의 적정관리 여부	미해당	
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당	
- 화학물질 보관·사용량의 적정 여부	미해당	
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당	
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당	
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당	
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당	
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당	
- 보관세균의 안전성 여부	미해당	
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당	
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당	
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당	
- 보관 장치 작동 여부	미해당	
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당	
3) 주변시설		
- 배기팬실 모터 벨트 등 안전 관리 상태	미해당	
- 먼지, 스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호	

추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	가스용기 보관실(연구원)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	김규하, 나용운	점 검 일	2017. 9. 18

1] 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈, 청결상태	
- 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	누전, 가스누출, 폐기물 안전점검	
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 가스용기 상태	

2] 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태		
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호	
- 출입구 개방 여부	양호	
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호	
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	미해당	
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	미해당	
2) 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등		
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호	
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호	
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호	
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	양호	
- 가스용기의 고정 여부	양호	
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	양호	
- 통풍·환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동	
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호	
- 초자류의 적정관리 여부	미해당	
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당	
- 화학물질 보관·사용량의 적정 여부	미해당	
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당	
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당	
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당	
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당	
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당	
- 보관세균의 안전성 여부	미해당	
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당	
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당	
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당	
- 보관 장치 작동 여부	미해당	
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당	
3) 주변시설		
- 배기팬실 모터 벨트 등 안전 관리 상태	미해당	
- 먼지, 스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호	

추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	하수슬러지 감량화장치(난지센터)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	이경우, 장현성, 이광섭	점 검 일	2017. 9. 19

1] 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈, 청결상태	
- 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기, 소화기 등 안전점검	
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 플랜트 상태	

2] 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태		
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호	
- 출입구 개방 여부	양호	
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호	
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호	
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호	
2) 소방, 전기, 가스, 일반화학, 폐기물, 생물, 세균등		
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호	
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호	
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호	
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	양호	
- 가스용기의 고정 여부	양호	
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	양호	
- 통풍·환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동	
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호	
- 초자류의 적정관리 여부	미해당	
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당	
- 화학물질 보관·사용량의 적정 여부	미해당	
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당	
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당	
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당	
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당	
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당	
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당	
- 보관세균의 안전성 여부	미해당	
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당	
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당	
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당	
- 보관 장치 작동 여부	미해당	
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당	
3) 주변시설		
- 배기팬실 모터 벨트 등 안전 관리 상태	미해당	
- 먼지, 스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호	

물순환연구과 연구실 점검사진

연구(실험)실명	물순환연구 실험실(연구원)	연구(실험)실명	하수 인회수장치(난지센터)
			
연구(실험)실명	총인처리 및 막여과장치(중랑센터)	연구(실험)실명	가변형 고도처리장치(중랑센터)
			
연구(실험)실명	가스용기 보관실(연구원)	연구(실험)실명	하수슬러지 감량화장치(난지센터)
			