

SERVICE REPORT

[고객용]

20 19 년 10 월

병원명	마포노방서		Total cycles	1095
모델명	CASP 50		서비스구분	<input type="checkbox"/> 유상 <input checked="" type="checkbox"/> 무상
Serial No	120943		작업자	최로영
방문목적	Vacuum pump Alarm			
조치내용	Vacuum pump 내부 다량의 수분 유입으로 pump 동작불 Vacuum pump 수리 예정			
수리부품 교체내역				고객 확인
부품명	수량	금액	비고	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
				제품의 고장(장애)가 처리되었음을 확인합니다.
				부서
				담당자 이삼미 이삼민



(주)에스앤비코퍼레이션