

# 유해화학물질 안전관리 점검표

|     |     |
|-----|-----|
| 담당자 | 팀장  |
| 김미옥 | 김성호 |

점검부서 : 진단검사의학과

점검일 : 2023.10.31

| 점 검 항 목                                     | 점검결과                  |     | 기타 |
|---|-----------------------|-----|----|
|   | 예                     | 아니오 |    |
| <b>■ 보관 · 저장</b>                            |                       |     |    |
| ○ 유해물질은 별도의 보관 장소에 보관되어 있는가?                | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 용기의 뚜껑은 잘 밀봉되어 있는가?                       | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 잠금장치 후 보관되어 있는가?                          | <input type="radio"/> |     |    |
| <b>■ MSDS</b>                               |                       |     |    |
| ○ 유해물질에 대한 물질안전보건자료가 작성되어 있는가?              | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 물질안전보건자료가 비치되어 있는가?                       | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 직원들은 물질안전보건자료가 비치된 장소를 알고 있는가?            | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 직원들은 취급하는 유해물질의 위험성에 대하여 알고 있는가?          | <input type="radio"/> |     |    |
| <b>■ 경고표지</b>                               |                       |     |    |
| ○ 유해물질의 용기에 물질명이 표기되어 있는가?                  | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 유해물질의 용기에 위험성 표시가 되어 있는가?                 | <input type="radio"/> |     |    |
| <b>■ 보호구</b>                                |                       |     |    |
| ○ 직원은 유해물질 취급 시 보호구를 착용하는가?                 | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 보호구 변형 및 유효기간이 만료되지 않았는가?                 | <input type="radio"/> |     |    |
| <b>■ 노출·누출 사고 발생 시</b>                      |                       |     |    |
| ○ 유해물질에 노출 시 응급조치방법을 알고 있는가?                | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ Spill kit 및 eye wash가 비치되어 있는가?           | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 직원들은 Spill kit 및 eye wash의 사용 방법을 알고 있는가? | <input type="radio"/> |     |    |
| ○ 응급조치 후 보고 절차를 알고 있는가?                     | <input type="radio"/> |     |    |