

문서번호	진료부-9994
------	----------

결 재	주무관	치과과장	진료부장
	신상미	이영복	11/05 서동수
	진료기획팀 장	용인석	





의료기기 수리 결과 보고서

장 비 명	단가	구매일	내구연한
치과진료용의자장치	14,000,000원	2008.02.22	10

★ 용도 및 수리 결과

용 도	치과진료용의자장치에 부착된 초음파 스케일러
수리 결과	초음파 스케일러 EMS튜빙 교체

★ 수리 결과 사진

튜빙 교체 전		튜빙 교체 후	
			

★ 기타의견

없음

위의 장비에 대하여 수리 완료 하였음을 보고 합니다.

