



# 2017년 (16 월) 의료기기 안전점검표

부서명 : 간호부 25병동

일련번호	장비명	모델명	점검항목	날 짜	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
					점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목	점검항목
1949543	전동식 흡인기	메파섹션 SP30	전원 작동																			
			압력유지 작동																			
			기타사항(부속품점검)																			
1949544	전동식 흡인기	메파섹션 SP30	전원 작동																			
			압력유지 작동																			
			기타사항(부속품점검)																			
<b>점검자 서명</b>					김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	김민정	
<b>기타, 참조사항</b>																						

※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요

기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등




서울특별시 서북병원  
SEOUL HOSPITAL SEUL METROPOLITAN GOVERNMENT

# 2017년 ( 0월) 의료기기 안전점검표

부서명 : 간호부 25병동

일련번호	장비명	모델명	점검항목	날 짜													구분	담당	팀장			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
1856247	환자 감시장치	BPM-770	외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호음	이부자 김민서	김민서
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1920351	환자 감시장치	G30	케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호음	이부자 김민서	김민서
			알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1920352	환자 감시장치	G30	기타사항(ECG lead, paper)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호음	이부자 김민서	김민서
			외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1920352	환자 감시장치	G30	전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호음	이부자 김민서	김민서
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1920352	환자 감시장치	G30	알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호음	이부자 김민서	김민서
			기타사항(ECG lead, paper)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			점검자 서명	김민서																		
기타, 참조사항																						

※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요      기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등



# 2017년 ( 10 월 ) 의료기기 안전점검표

부서명 : 간호부 25병동

일련번호	장비명	모델명	점검항목	날 짜	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
					점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과
1856247	환자 감시장치	BPM-770	외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1920351	환자 감시장치	G30	기타사항(ECG lead, paper)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1920352	환자 감시장치	G30	알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			기타사항(ECG lead, paper)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
점검자 서명				김영진																		
기타, 참조사항																						

※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요      기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등



# 2017년 ( /c 월) 의료기기 안전점검표

부서명 : 간호부 25병동

일련번호	장비명	모델명	점검항목	날 짜													구분	담당	팀장			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
1229407	환자 감시장치	YM6000 (실제), YM5500 (물품등록) TFT-LCD	외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호	김민아	김민아	
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
			알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
1070633	환자 감시장치	YM5500, TFT-LCD	기타사항(ECG lead, paper)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호	김민아	김민아	
			외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
1856186	환자 감시장치	YM6000	알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	신호	김민아	김민아	
			기타사항(ECG lead, paper)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
			외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
점검일자 서명																						
기타, 참조사항																						

※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요      기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등



서울특별시 서북병원  
SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT



# 2017년 ( 10 월) 의료기기 안전점검표

부서명 : 간호부 25병동

일련번호	장비명	모델명	점검항목	날 짜																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1655445	환자 감시장치	YM5500, TFT-LCD	외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1655446	환자 감시장치	YM5500, TFT-LCD	알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			기타사항(ECG lead, paper)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			외관 청결상태 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1696688	환자 감시장치	YM6000 (실제), YM5500 (물품등록) TFT-LCD	전원작동 점검	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			알람이상 유무	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>점검자 서명</b>				김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아	김민아		
<b>기타, 참조사항</b>				구분																
				확인																

※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요

기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등



서울특별시 서북병원  
SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

# 2017년 (10월) 의료기기 안전점검표

부서명 : 간호부 25병동

일련번호	장비명	모델명	점검항목	날 짜	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
					점검자 서명	외관 청결상태 점검	전원작동 점검	케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	알람이상 유무	기타사항(ECG lead, paper)	외관 청결상태 점검	전원작동 점검	케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	알람이상 유무	기타사항(ECG lead, paper)	외관 청결상태 점검	전원작동 점검	케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	알람이상 유무	기타사항(ECG lead, paper)	
1655445	환자 감시장치	YM5500, TFT-LCD	외관 청결상태 점검		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			전원작동 점검		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			알람이상 유무		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1655446	환자 감시장치	YM5500, TFT-LCD	외관 청결상태 점검		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			전원작동 점검		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			알람이상 유무		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1696688	환자 감시장치	YM6000 (실제), YM5500 (물품등록) TFT-LCD	외관 청결상태 점검		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			전원작동 점검		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			알람이상 유무		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
점검자 서명					김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	김민서	
기타, 참조사항																					
※ 작성방법 : ○(정상), ×(불량) 으로 작성 하세요					기타사항, 참조사항 : 불량 원인 및 수리내역, 대체장비, 의료기기 이관, 정기점검내역, 교육현황 등																
					구분																
					확인																
					담당																
					팀장																
					확인인																