

자동심장충격기 점검표

장비정보	제조사 : ZOLL medical Corporation 제품명 또는 모델명 : 고급형 자동심장충격기(모델:X-seriesAdvanced) 제조번호 : AR23B074544 제조 연월일 : 2023.2.1
장비유지기간	장비구매일자 : 23년 10월 10일 본체유효사용가능기한 : 28년 10월 10일 교체예정일자 : 28년 10월 11일
설치위치	후암 구급차(6-3호) 내

연번	점검항목	점검결과	
		이상있음	이상없음
1	본체 작동 상태 확인		
	① 본체 작동 상태 확인(전원 표시 상태등 점멸)		✓
	② 환자 부착용 패드 유무		✓
	· 패드 교체 예정일자 : 25년 5월 6일		
	③ 건전지 충전 상태		✓
	· 건전지 교체 예정일자 : 28년 10월 10일		
2	보관함 상태(구급차 해당없음)		
	① 도난경보장치 작동 여부		
	② 보관함 각종 안내문구상태		
	③ 비상연락망 표시 여부		
	④ 심폐소생술 방법 안내책자 여부		
	⑤ 환자부착용 패드 및 건전지 유효기간 표시 여부		
3	자동심장충격기 위치안내 표시(구급차 해당없음)		
	① 기관(건물) 입구 안내 표지		
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지		
4	관리서류 작성 및 비치 여부		✓
5	관리자 변경사항	있음	없음 ✓
	① 관리자 이름 : 후암119 안전센터 관리자 전화번호(비상연락처) : 02-754-0119		
6	장비 사용 가능 시간		
	① 24시간 이용 가능 ✓		② 24시간 사용 불가

점검일 : 23년 12월 14일

점검자 : 후암119 안전센터 소방교 김정대 (서명)

김정대

후암119안전센터 2023-12-14 09:22:01

후암119안전센터 2023-12-14 09:22:01