

서비스 보고서

티켓번호	4720300506	접수일	2022-03-16	접수시간	11:57
병원명	서울특별시 은평병원	회사	SM FSC DGR	서비스 엔지니어	이성용
제품	GC80	Serial No.	S01QM3AC900001Z	SW Version	
불량증상	정기 PM			서비스 타입	In Home
증상확인				방문시 재현 여부	<input type="checkbox"/> Y / <input type="checkbox"/> N

차수	예정방문일시		방문일	도착시간	시작시간	완료시간
1	2022.03.16	13:00	2022.03.16	12:10	12:10	12:50
	엔지니어	이성용	제외시간		1차 이동 시간	
	조치 결과	GC80 (시립은평병원) version:v3.02.22 B09 window 7 month count : 208 HVG Count : 72428 DICOM 통신이상없음 EMO 스위치 테스트 그리드 크리닝 W/S Dignosis 점검 유선핸드스위치 점검 W/S dignosis 이상 없음 디텍터 배터리 점검 등			결과	완료

순번	교체전후	자재명	자재 품번	Serial No.
----	------	-----	-------	------------

구분	H/W (<input type="checkbox"/> Board <input type="checkbox"/> Cable <input type="checkbox"/> 기구) <input type="checkbox"/> S/W <input type="checkbox"/> 단순조치 <input checked="" type="checkbox"/> ETC (PM)
수리 형태	<input checked="" type="checkbox"/> Warranty In <input type="checkbox"/> Maintenance Contra <input type="checkbox"/> On Call <input type="checkbox"/> Sales

청구내역		특이사항	서 명	고객님
출장비용	₩ 0			
기술비용	₩ 0			
자재비용	₩ 0			
합계	₩ 0			