

서비스 결과 보고서

20 17 년 2 월 17 일 보고자 김성정, 임현우 (인)

팀 장	부 장	본 부 장	사 장

병원명	성북구 보건소	주소	서울시 성북구	전화번호	고장접수일자

제품명/Model : CXD-RD85D II	S/N : 1108088	설치일자: 2011 년 8 월 일
-----------------------------	------------------	--------------------

작업인원	소요시간	설치		A/S		S/C		기타
		초도	이전	W/S	B/S	유지보수	On-Call	
2인	2H					✓		

방문목적	세부사항
Jw Digital X-ray 정기점검 및 Workstation 교체	<ul style="list-style-type: none"> - 장비구동상태 점검 및 유지보수 정기점검 실시 - FPD Control Box 및 Workstation PC 교체 - Stand 조작 Joystick 교체 - DR Image 점검 - 사용자 장비사용 교육 및 Program setting

교환부품	무상부품			유상부품			
	부품명	ERP CODE	수량	부품명	ERP CODE	수량	단가
	Workstation PC		-1-				
	FPD Control Box		-1-				
	Joystick		-1-				
				합계금액			

수리후 의견

병원 의견

고객 확인 인 2017. 2. 17 권영래 (인)