

PHILIPS

사업본부 : (주)필립스코리아
부서 : 고객지원사업부
주소 : 서울시 중구 소월로2길 30
전화 : 080-372-7777

기술 소견서

수신 : 서울의료원
참조 : 핵의학과
발신 : 고객기술지원부
제목 : BrightView XCT, Gemini TF 16 장비에 대한 소견

서울의료원 SPECT CT(BrightView XCT) 장비 (2011년 도입, s/n: 6000155)


	장비상태	Tube 상태	Tube count	Detector 상태
Brightview XCT	A	B	26,615	A

서울의료원 PET CT(Gemini TF16) 장비 (2011년 도입, s/n: 7239)

	장비상태	Tube 상태	Tube count	Detector 상태
GEMINI TF 16	A	B	374,072	A

A : 좋음 B : 보통 C : 나쁨

10년 이상 사용해온 장비이나 유지보수계약을 체결하여 유지관리를 잘 해왔기 때문에 장비 상태는 양호한 상태로서 본사와 유지보수계약을 체결하여 사용한다면 지속적으로 사용하는데 문제가 없습니다.(단, 타 회사제품의 부품이나 타회사 기술부가 장비를 A/S 했을 경우는 장비의 성능이나 지속적 사용 가능성 등을 보장 할 수 없습니다.)



항상 필립스 사에 보내주시는 깊은 관심에 저희 직원 모두는 진심으로 감사
드리고 있습니다.

Philips Health Systems
고객지원사업본부